



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

Pregão Presencial 000015/2020
Processo 000200/2020

Lote		00001 - Lote 00001						
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total	
00001	00026246	VEICULO TIPO FURGONETE - adaptada para ambulância, com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica 0 km, air-bag para ocupantes da cabine, freio com ABS nas 04 (quatro) rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptada ambulância, motor diesel, potência de no mínimo 115cv, tanque de combustível com capacidade mínima de 60 (sessenta) litros. Freios e suspensão com capacidade de carga de no mínimo 1500 kg, altura mínima de 1,930 mm, cambio mecânico de 06 (seis) marchas e 01(uma) ré, controle de estabilidade, porta traseira com abertura de 180°, vidros e travas elétricos, volante e banco do motorista com regulagem de altura, ar condicionado nos 02 (dois) ambientes, faróis de neblina, radio AM/FM/MP com entrada para USB, travamento seletivo do compartimento de carga, as dimensões deverão ser de no mínimo: diâmetro de giro (meio fio) 12.200 mm, dimensões do compartimento de carga: volante útil de até 6,6 m3, largura (entre caixas de roda) 1.200 mm, dimensões das portas do compartimento de carga no mínimo: largura da entrada da porta traseira bipartida 1.282 mm, altura da porta traseira 1.180 mm, largura da porta lateral deslizante 935 mm, altura da porta lateral deslizante 1.238 mm, equipamentos obrigatórios exigidos pela CONTRAN, cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, fechos interno e externo, resistente e de abertura de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica, o pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema elétrico: original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 (sessenta) amperes, do tipo sem manutenção, 12 (doze) volts. O sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos quer com a ambulância em movimento ou estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação natural ou artificial. Sinalizador em barra de LED com sirene eletrônica de 03 (três) tons de potência mínima de 100 volts RMS, 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto, quadro elétrico com interruptores e fusíveis do tipo cartucho, exaustor/ventilador 12 (doze) volts instalado na lateral esquerda, cabos elétricos devidamente dimensionados conforme norma ABNT n° 14.561. Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação, revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliem na higienização e assepsia do compartimento do paciente, piso em compensado naval revestido em vinil de alta resistência vedado para evitar infiltração e acúmulo de líquidos, armário superior instalado na lateral esquerda com portas corrediças em acrílico, banco baú para 01 (um) acompanhante com encosto e cinto de segurança, banco do medico na altura da cabeceira da maca, próximo à porta lateral corrediça, maca articulada com pernas retrateis com colchonetes e cintos de segurança, sistema de oxigênio terapia, contendo régua com dupla saída, cilindro de oxigênio de 16 litros com suporte e com	UN	1,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

Pregão Presencial 000015/2020
Processo 000200/2020

		fixador tipo cinta de catraca instalado na lateral esquerda próximo a porta traseira, equipado com válvula, manômetro, mangueira e máscara, pega mão instalado no teto e em perfil de alumínio com suporte em polietileno, suporte para soro e plasma, janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz vertical, vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial, adesivo padrão ambulância. Armário superior para objetos na lateral direita, acima da maca, em ABS auto extingüível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). O compartimento do paciente deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica. Autorização de funcionamento de empresa do fabricante ou cadastramento dos produtos na ANVISA. Garantia de 24 meses.						
							Total do Lote	
							Total Geral do(s) Lote(s)	